HOFFRICHTER

Quality makes the Difference

filtersystempoint



Manual del Usuario

Sistema de filtrado para point 2

CONTENIDOS

General 2
Información acerca del manual de usuario 2
Símbolos utilizados en este manual de usuario 3
Intención de Uso 3
Descripción del producto 4
Montaje del sistema de filtro 4
Limpieza del filtro grueso 5
Sustitución del ultrafiltro 6
Deposición 7
Exención de responsabilidades 7

GENERAL

INFORMACIÓN ACERCA DEL MANUAL DE USUARIO

Lea cuidadosamente éste manual de usuario antes de usar por primera vez el respirador. Observe especialmente las indicaciones de limpieza.

Guarde las instrucciones en un lugar seguro cerca del sistema de filtro, para poder disponer de ellas inmediatamente en caso de necesidad.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL DE USUARIO

En este manual de usuario, la información importante es marcada mediante símbolos.

NOTA
Este símbolo denota información, ayudas e instrucciones para un uso eficiente y libre de errores del sistema de filtro.

INTENCIÓN DE USO

La finalidad del ***filtersystem*****point 2** es filtrar el aire de la unidad de terapia respiratoria point 2. El sistema de filtro es más efectivo que el filtro estándar, debido a su tamaño y a que filtra dos veces el aire de la terapia de respiración. Este filtro puede aliviar a pacientes que sufren reacciones alérgicas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El ***filtersystem*point 2** (art. no. 0001 2847) está compuesto por:

1 El cartucho del filtro
2 Filtro grueso (Art.-Nr. 0000 2108)
3 Ultrafiltro (Art.-Nr. 0000 2109)



El ultrafiltro dispone de un grado de filtración del 99,5 % de las partículas de hasta 1 µm.

MONTAJE DEL SISTEMA DE FILTRO

1. Retire el filtro estándar.
2. Coloque el cartucho del filtro.

NOTA
Asegúrese que el sistema de filtro esté instalado correctamente. El cartucho debe posicionarse pegado a la parte trasera de la unidad (3).

1



2



3



LIMPIEZA DEL FILTRO GRUESO

Limpie el filtro grueso semanalmente. Para ello proceda como sigue:

1. Retire el cartucho del filtro y quite el filtro grueso del cartucho.
2. Limpie el filtro grueso única y exclusivamente con agua jabonosa templada. ¡No utilice ningún otro agente!
3. Enjuague a fondo el filtro grueso con agua limpia.
4. Deje secar por completo el filtro grueso.
5. Introduzca el filtro grueso en el cartucho.
6. Coloque el cartucho en la unidad.

NOTA
El filtro grueso debe reemplazarse anualmente por uno nuevo.

SUSTITUCIÓN DEL ULTRAFILTRO

El filtro blanco de doble capa no puede ser limpiado y debe ser examinado visualmente una vez por semana.

El ultrafiltro debe cambiarse cuando el mensaje **Cambiar Filtro** aparezca en la pantalla o bien cada 2 meses (los intervalos serán menores si el ultrafiltro se ensucia en exceso).

Para ello proceda como sigue:

1. Retire el cartucho del filtro y quite el filtro grueso del cartucho.
2. Retire el ultrafiltro y sustitúyalo por uno nuevo.
3. Introduzca el filtro grueso en el cartucho.
4. Coloque el cartucho en la unidad.

NOTA

Para borrar el mensaje **Cambiar Filtro** de la pantalla, consulte las Instrucciones de Operación del point 2.

DEPOSICIÓN

El sistema de filtrado y el embalaje pueden desecharse junto con la basura doméstica.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

HOFFRICHTER GmbH no asumirá ninguna responsabilidad derivada de aspectos de seguridad, fiabilidad y rendimiento del producto si:

- se ha manipulado, modificado, ampliado, ajustado, reparado o realizado medidas de mantenimiento por personas no autorizadas por nosotros,
- se han utilizado accesorios y repuestos que provienen de otros fabricantes y no han sido entregados por nosotros para ser usados con el point,
- la unidad es utilizada de manera diferente a la descripta en las Instrucciones de Operación
- no se han observado las instrucciones de higiene y limpieza contenidas en estas Instrucciones de Operación.

En todos estos casos los derechos legales de garantía seguirán vigentes.

HOFFRICHTER GmbH
Mettenheimer Straße 12/14
19061 Schwerin
Germany
Tel.: +49 385 39925-0
Fax: +49 385 39925-25
info@hoffrichter.de
www.hoffrichter.de